

DMMS ISO 15195: 2018 ဓာတ်ခွဲခန်းဆေးပညာဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲ ခန်းများ – ရည်ညွှန်း တိုင်းတာခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ စံကိုက်ညီတိုင်းတာခြင်း ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အရည်အချင်းအတွက် လိုအပ် ချက်များ

DMMS ISO 15195: 2018 Laboratory medicine – Requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures

### **Scope**

This document specifies the requirements for competence to carry out reference measurement procedures in laboratory medicine, using the requirements of ISO/IEC 17025:2017 as a normative reference and listing additional requirements for calibration laboratories to perform their tasks adequately.

The relationship between clauses in this document and ISO/IEC 17025:2017 are summarized in Annex A.

Examinations of properties with results reported on a nominal or ordinal scale are not included.

This document is not applicable to medical laboratories.

NOTE Requirements for medical laboratories are specified in ISO 15189[1].